



BLOOD PRESSURE UNIT USER'S MANUAL

REF MDS4001

REF MDS4001LA

REF MDS4001PLUS

REF MDS4001LAT




TABLE OF CONTENTS

Important Notes	3
Measurement Accuracy	3
Helpful Information	4
Correct Method of Measurement	6
Parts Identification	7
Description of Display Marks	7
Preparation before Taking a Measurement	8
Taking a Measurement	9
Setting Date and Time	10
Setting Talking Feature	10
Memory Function	10
Error Codes	11
Troubleshooting	12
Sensor Calibration Mode	13
Care and Maintenance	13
Specifications	14

IMPORTANT NOTES

1. Only a physician is qualified to interpret changes in your blood pressure. This device is not intended to replace regular medical examinations. It is recommended that your physician review your procedure for using this monitor. Never make adjustments to your medication unless recommended by your physician.
2. This Blood Pressure Monitor is intended for use by adults. Children should not use this monitor unless it is under the supervision of an adult.
3. Only use the cuff(s) included with this device or offered as approved accessories. Unapproved cuffs can affect measurement accuracy .
4. Please read the entire instructions carefully before using this Blood Pressure Monitor.
5.  Warning Symbol
6.  Type BF Symbol
7.  Class II Symbol
8.  Keep Dry
9.  Product can be recycled separately from other household waste

MEASUREMENT ACCURACY

The quality of this device has been verified and conforms to the provisions of the Ec council directive 93/42/EEC on medical devices, as well as the EMC directive 89/336/EEC:

EN 1061-1	Non-invasive blood pressure measuring equipment general requirements
EN 1060-3	Non-invasive blood pressure measuring equipment supplementary requirements for electro-mechanical blood pressure measuring systems
EN 60601-1	Safety requirements for medical electrical equipment
EN 60601-1-2	Electromagnetic compatibility and safety for medical electrical equipment
EN 14971	Risk analysis for medical devices


HELPFUL INFORMATION

What is Blood Pressure?

Blood pressure is the force that blood exerts on the arteries. This force is constantly changing as the heart beats. When the heart contracts, blood pressure reaches its highest value. This is called systolic blood pressure. When the heart relaxes between beats, the value of blood pressure is lower. This is called the diastolic blood pressure. The unit of measure for blood pressure is millimeter of mercury, abbreviated mmHg. For example, an individual's blood pressure may be measured as 120 mmHg (systolic) and 80 mmHg (diastolic). This would be spoken as "120 over 80" and written as "120/80". Remember that blood pressure varies throughout the day. Food intake, smoking, the time of day, stress, level of exercise and many other factors can affect it.

Typical Daily Blood Pressure Fluctuations

(Example: 35-yr old male)




What is High Blood Pressure?

Hypertension, or high blood pressure, is a condition where an individual's blood pressure remains high over a long period of time. Consult with your physician with any questions or concerns you may have about hypertension.

Blood Pressure Classification

The World Health Organization (WHO) and the International Society of Hypertension (ISH)



Why is it Important to Measure Your Blood Pressure at Home?

Having your blood pressure taken at the doctor's office may cause you to become nervous, thus artificially raising your reading. Having the ability to take your blood pressure at home makes it easy to record a log of your daily readings. This will help you gain a greater understanding of your blood pressure reading and the factors that affect it. Be sure that you share your information with your physician.

Hints for Accurate Measurement

1. Relax and try to remain still for 5 to 10 minutes before a measurement.
2. Remove any clothing on the upper arm so that the cuff can be placed directly on the skin.
Constriction of the upper arm caused by rolling up a shirt sleeve may cause an inaccurate reading. Avoid this condition by completely removing the garment.
3. Refrain from eating, smoking and drinking (especially alcoholic beverages) before a measurement.
These activities can affect your blood pressure.
4. Remember that blood pressure varies continuously throughout the day. Try to take your blood pressure at the same time each day.


5. Do not be concerned with the results of one measurement. Many measurements, recorded over an extended period of time, will provide a better indication of your blood pressure.
6. Relax for 5 to 10 minutes before remeasuring your blood pressure.
7. Because many factors can affect your blood pressure, daily fluctuations of 25 to 50 mmHg are common.

Please note: Some individuals with hypertension, diabetes, kidney disorders, arteriosclerosis or poor circulation may see a significant difference in blood pressure readings taken from the wrist as compared to readings from the upper arm. It is recommended that you consult with your physician concerning the use of this monitor.

CORRECT METHOD OF MEASUREMENT

To obtain the most accurate blood pressure measurement, please follow these important directions:


1. Be seated in a chair with back support.
2. Rest your arm on a table so the cuff is at the same level as your heart.
3. Place both feet on the ground.




Important: The arm cuff must be at the same level as your heart or accurate measurement will not be possible. (Your heart is located slightly below your left armpit.)

PARTS IDENTIFICATION

Monitor



Accessories



DESCRIPTION OF DISPLAY MARKS

▲ Inflating

▼ Deflating

Er Measurement Error

♥ Measuring



Battery Display

*The battery indicator will reset when power resets.
Please replace with new batteries when the battery indicator flashes.




Arrhythmia Detection Function

PREPERATION BEFORE TAKING A MEASUREMENT


Battery Installation/Replacement

1. Slide the battery cover off in the direction of the arrow.
2. Install or replace the four alkaline "AA" batteries, noting the proper orientation of positive (+) and negative (-) terminals in the battery compartment.
3. Replace the battery cover.
4. If the Low Battery Symbol appears on the display, replace the batteries.
5. Remove the batteries if the device will not be used for an extended period of time.




How to Apply the Arm Cuff


1. Insert the end of the cuff through the D-Ring to make a loop. (Make sure that the hook and loop closures stays outside when it is done.)
2. Wear the arm cuff with the hose downward. Pull the end of the cuff and secure it snugly with the hook and loop closures
3. Adjust the cuff so that the bottom edge is about 1 inch above the elbow on the inside of the arm. Make sure the colored area on the cuff covers the brachial artery.
4. Plug the air tube connector into the monitor.



Step 1



Step 2



Step 3



Step 4

Note: Batteries are hazardous waste.
Do not dispose with household garbage.


TAKING A MEASUREMENT

Please read the previous section on proper placement of the cuff and arm position.

1. After the cuff has been properly placed on the arm, please press Set button and select [] or [] on the upper left hand corner of the LCD screen, and then press the Start / Stop button.
2. After the display reads "00" the cuff will automatically inflate to an appropriate pressure. After inflation, it will slowly deflate to take the measurement. When the heart mark " ♥ " appears a measurement is in process. The cuff will be quite snug for a short while, this is normal. Try to relax, refrain from talking and remain as still as possible during the measurement.

Note: If the device determined that the initial inflation pressure was insufficient, it will re-inflate to a higher pressure.

3. The device will completely deflate when the measurement is finished. The systolic and diastolic pressure and pulse rate will be displayed.



To end a measurement for any reason, just press the Start/Stop button to turn off the unit and release the cuff pressure. If during a measurement the power drops to an insufficient level, the device will end the measurement and display the low battery symbol. Please replace the batteries and repeat the measurement. If the device cannot detect your pulse, it will end the measurement attempt. Please wait a few minutes, make sure that the cuff is positioned properly and try again. The device will automatically shut off 1 minute after a measurement is finished. You can also press Start / Stop button to shut the device off.

SETTING DATE AND TIME

The device displays time and date on the LCD. They can be set according to the following method:

1. Make sure the machine is powered OFF, then hold the SET button for 5 seconds until digits on the screen start flashing.
2. Press the SET button to switch between month, date, hour and minute.
3. Press the MEM (Memory) button to advance the display selected by one digit at a time.

SETTING TALKING FEATURE

For the MDS4001LAT Talking Model, after the date and time settings are selected, the "SP" character will flash. Press the MEM (Memory) button to move from English, "SP 01", to Spanish, "SP 02", or to off, "SP OF".

MEMORY FUNCTION

Memory Input

When a valid measurement is made, the result (systolic, diastolic, pulse rate, date and time) will be stored in the memory automatically as soon as the device is turned off or when another measurement is initiated. The device can store up to 90 readings for each of 2 users, and also compute the average of the latest 3 readings. When more than 90 readings are stored, the oldest ones will be replaced.

Memory Recall

By pressing Memory button, AVG will be shown in the lower left hand corner. AVG means the average of all recorded readings. Press the Memory button again and 01 will appear in the lower right hand corner, which is your latest reading in the memory. When you press Memory again, 02 will display which is the previous reading. When you press the Memory button repeatedly, the records will be displayed sequentially.

Memory Erase

Press memory button and hold it down more than 3 seconds to erase the readings of the selected records.



Memory frequency

ERROR CODES

Error Indicators

Possible Sources of Errors

Er
U

Indication: Incomplete inflation
Correction: Check if the cuff is firmly connected to the device.
If the Er message is still there, request a repair

Er
H

Indication: Cuff over-inflated and released automatically
Correction: Take a break, reposition the cuff and remeasure

Er
I

Indication: Could not obtain the pulse rate
Correction: Reposition the cuff and remeasure

Er
2

Indication: Strong electromagnetic interference (mobile phone or computer)
Correction: Relax, take a break and remeasure

Er
3

Indication: Irregular pulse rate or blood pressure
Correction: Relax, take a break and remeasure. If the pulse rate or blood pressure continues to be irregular, consult your doctor or health care professional

TROUBLESHOOTING

Problem	Recommended Method
No display	Make sure that the batteries are installed in the proper direction. (Polarity matches to the indication in the battery case.)
No measurement occurs	Check that the cuff is positioned properly, then repeat the measurement procedure.
Blood pressure readings are too high or too low	1. Check if your arm is positioned properly. 2. Position your arm on a table so the cuff is at the same level as your heart. 3. Remain seated during the entire measurement period. 4. Refrain from hand and body movements during measurement.
Blood pressure readings are variable	Your blood pressure can fluctuate considerably throughout the day, all of the following factors can influence your blood pressure: emotional state, daily activities/exercise, smoking, drinking alcoholic beverages, eating, taking certain medications

SENSOR CALIBRATION MODE

The blood pressure device should only be calibrated by the manufacturer.

mmHg and kPa Transferring Instruction

If you want to change the measurement units, power off the device and then press the Start/Stop button for 10 seconds. Next press the "Memory" button and select mmHg or Kpa.

CARE AND MAINTENANCE

- Keep the device away from high temperatures, high humidity and direct sunlight.
- Keep sharp objects away from the cuff and tubing.
- Do not press the Start/Stop button without the cuff around your arm to avoid excess pressure build up that may damage the cuff.
- Use the device at a sufficient distance from devices with strong electrical fields, such as television, microwave ovens, X-ray equipment, etc.
- Do not subject the device to strong impact or drop it on the floor.
- Do not disassemble or modify the device or the cuff.
- Remove the batteries when the device is to be stored for extended periods of time.

Note: Removing the batteries will erase all readings in memory.

Use only a soft dry cloth to clean the unit. Do not use solvents or other petroleum-based cleaners.

SPECIFICATIONS

Manufacturer Model:	BA-803
Medline Item Numbers:	MDS4001, MDS4001LA, MDS4001PLUS, MDS4001LAT
Memory Function:	Storage and recall 2x90 measurements with average
Display:	LCD
Measuring Range:	Pressure: 0-280 mmHg Pulse: 40-199/minute
Sensor Accuracy:	Pressure: ±3mmHg Pulse: ±5%
Inflation System:	Electro-pneumatic pump
Arm Size Ranges:	17-42 cm (6.7-16.5 inches)
Batteries:	1.5V alkaline (LR6/AA)X4
Automatic Power-off:	Approx. 1 minute after measurement
Reference Method for Clinical Trials:	Auscultatory measurement
Weight:	Approximately 420g(without batteries)
Operating Condition:	41°F ~ 104°F (5°C ~ 40°C) 10%~90%RH
Storage and Transport Condition:	-4°F ~ 149°F (-20°C ~ 65°C) 10%~95%RH
Standard Cited:	EN 1060-1 EN 60601-1-2 EN 1060-3 EN 14971 EN 60601-1

BLOOD PRESSURE LOG

Date		1/1	1/1	1/1						
Time		7:00	13:30	20:00						
mmHg	240									
	220									
	200									
	180									
	160									
	140									
		128	134							
	120			123						
	100									
	80	84	90							
				76						
	60									
Pulse		70	73	69						
Body Condition										

www.medline.com ©2015 Medline Industries, Inc.
Manufactured in China for Medline Industries, Inc.,
Mundelein, IL 60060 USA. **1-800-MEDLINE** RJ15CN1



MONITOR, DE PRESIÓN ARTERIAL


MANUAL DEL USUARIO

REF MDS4001

REF MDS4001LA

REF MDS4001PLUS

REF MDS4001LAT



ÍNDICE

Notas importantes	19
Exactitud de la medición	19
Información útil	20
Método de medición correcto	22
Identificación de las piezas	23
Descripción de las indicaciones en pantalla	23
Preparación antes de tomar una medición	24
Cómo tomar una medición	25
Configuración de fecha y hora	26
Configuración del mensajes de voz	26
Función de memoria	26
Códigos de error	27
Solución de problemas	28
Modo de calibración del sensor	29
Cuidado y mantenimiento	29
Especificaciones	30

NOTAS IMPORTANTES

1. Solo el médico está calificado para interpretar los cambios en su presión arterial. Este dispositivo no tiene como objetivo reemplazar los exámenes médicos periódicos. Se recomienda que su médico revise el procedimiento que emplea para utilizar este monitor. Nunca realice ajustes en sus medicamentos a menos que se lo recomiende el médico.
2. Este monitor de presión arterial está diseñado para su uso en adultos. Los niños no deben utilizar este monitor a menos que estén supervisados por un adulto.
3. Utilice solo los manguitos incluidos con este dispositivo o que se ofrecen como accesorios aprobados. Los manguitos no aprobados pueden afectar la exactitud de la medición.
4. Lea todas las instrucciones detenidamente antes de utilizar este monitor de presión arterial.
5.  Símbolo de advertencia
6.  Símbolo de Tipo BF
7.  Símbolo de Clase II
8.  Mantener seco
9.  El producto puede reciclarse separado de otros residuos domésticos

EXACTITUD DE LA MEDICIÓN

La calidad de este dispositivo se ha verificado y cumple con las disposiciones de la Directiva del Consejo de la UE 93/42/CEE, relativa a los dispositivos médicos, así como la Directiva de CEM 89/336/CEE:

EN 1061-1	Requisitos generales de equipos no invasivos de medición de la presión arterial
EN 1060-3	Requisitos complementarios de equipos no invasivos de medición de la presión arterial para sistemas electromecánicos de medición de la presión arterial
EN 60601-1	Requisitos de seguridad para equipos eléctricos médicos
EN 60601-1-2	Requisitos de compatibilidad y seguridad electromagnéticas para equipos eléctricos médicos
EN 14971	Análisis de riesgos para dispositivos médicos

INFORMACIÓN ÚTIL

¿Qué es la presión arterial?


La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre sobre las arterias. Esta fuerza cambia constantemente mientras late el corazón. Cuando el corazón se contrae, la presión arterial alcanza su valor más alto. Esto se denomina presión arterial sistólica. Cuando el corazón se relaja entre los latidos, el valor de la presión arterial es menor.

Esto se denomina presión arterial diastólica. La unidad de medición de la presión arterial es el milímetro de mercurio, que se abrevia mmHg. Por ejemplo, la presión arterial de una persona se puede medir como 120 mmHg (sistólica) y 80 mmHg (diastólica). Se expresa "120 sobre 80" y se escribe "120/80".

Recuerde que la presión arterial varía durante todo el día. La ingesta de alimentos, el tabaquismo, la hora del día, el estrés, el nivel de ejercicio y muchos otros factores pueden afectarla.

Fluctuaciones típicas de la presión arterial diaria

(Por ejemplo: hombre de 35 años de edad)




¿Qué es la presión arterial alta?

La hipertensión, o presión arterial alta, es una afección en la que la presión arterial de una persona permanece alta durante un largo período de tiempo. Consulte con su médico si tiene dudas o inquietudes con respecto a la hipertensión.

Clasificación de la presión arterial

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Sociedad Internacional de Hipertensión (ISH, por sus siglas en inglés)



¿Por qué es importante medirse la presión arterial en el hogar?

Cuando se toma la presión arterial en el consultorio del médico puede ponerse nervioso, por lo tanto la lectura podría aumentar artificialmente. Tener la capacidad de tomarse la presión arterial en el hogar le facilita llevar un registro de las lecturas diarias. Esto lo ayudará a comprender mejor la lectura de la presión arterial y los factores que la afectan. Asegúrese de compartir su información con su médico.

Consejos para una medición exacta

1. Relájese e intente permanecer inmóvil durante 5 a 10 minutos antes de una medición.
2. Quite la ropa de la parte superior del brazo de manera que el manguito se pueda colocar directamente sobre la piel.
La constricción de la parte superior del brazo causada al enrollar la manga de la camisa puede causar una lectura inexacta.
Para evitarlo, quítese totalmente la prenda.
3. Absténgase de comer, fumar y beber (especialmente bebidas alcohólicas) antes de una medición.
Estas actividades pueden afectar la presión arterial.


4. Recuerde que la presión arterial varía continuamente durante todo el día. Intente tomarse la presión arterial a la misma hora cada día.
5. No se preocupe por los resultados de una medición. Muchas mediciones, registradas durante un período de tiempo prolongado, proporcionarán una mejor indicación de la presión arterial.
6. Relájese durante 5 a 10 minutos antes de volver a medirse la presión arterial.
7. Debido a que muchos factores pueden afectar la presión arterial, son comunes las fluctuaciones diarias de 25 a 50 mmHg.

Tenga en cuenta que: Algunas personas con hipertensión, diabetes, trastornos renales, arteriosclerosis o mala circulación pueden ver una diferencia significativa en las lecturas de la presión arterial tomadas en la muñeca, en comparación con las lecturas en la parte superior del brazo. Se le recomienda consultar con su médico con respecto al uso de este monitor.

MÉTODO DE MEDICIÓN CORRECTO

Para obtener la medición de la presión arterial más exacta, siga estas instrucciones importantes:


1. Siéntese en una silla con respaldo.
2. Apoye el brazo sobre una mesa para que el manguito quede al mismo nivel que su corazón.
3. Coloque ambos pies en el suelo.




Importante: El manguito debe estar al mismo nivel que el corazón o no será posible la medición exacta. (Su corazón se encuentra ligeramente debajo de la axila izquierda).

IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS

Monitor



Accesorios



DESCRIPCIÓN DE LAS INDICACIONES EN PANTALLA

▲ Inflando

▼ Desinflando

Er Error de medición

♥ Midiendo



Indicador de la batería

*El indicador de la batería se restablecerá cuando se restablezca la energía. Sustituya con pilas nuevas cuando el indicador de la batería parpadee.




Función de detección de arritmia

PREPARACIÓN ANTES DE TOMAR UNA MEDICIÓN

Instalación/sustitución de las pilas


1. Deslice la tapa de las pilas en la dirección de la flecha.
2. Instale o sustituya las cuatro pilas alcalinas "AA", observando la orientación adecuada de las terminales positiva (+) y negativa (-) en el compartimiento de las pilas.
3. Vuelva a colocar la tapa de las pilas.
4. Si aparece el símbolo de batería baja en la pantalla, sustituya las pilas.
5. Retire las pilas si el dispositivo no se utilizará durante un período de tiempo prolongado.



Cómo colocar el manguito

1. Inserte el extremo del manguito a través del anillo en forma de D para hacer un lazo. (Asegúrese de que los cierres de velcro queden hacia afuera).
2. Coloque el manguito con la manguera hacia abajo. Tire del extremo del manguito y ajústelo con los cierres de velcro.
3. Modifique la ubicación del manguito de modo que el borde inferior se encuentre aproximadamente 2,5 cm (1 pulgada) por encima del codo en la parte interna del brazo. Asegúrese de que el área coloreada del manguito cubra la arteria braquial.
4. Conecte el conector del tubo de aire en el monitor.


Nota: Las pilas son residuos peligrosos.
No las deseche con los residuos domiciliarios.



CÓMO TOMAR UNA MEDICIÓN

Lea la sección anterior sobre la colocación adecuada del manguito y la posición del brazo.

1. Después de colocar correctamente el manguito en el brazo, pulse el botón "Set" (Configurar) y seleccione [M] o [M] en la esquina superior izquierda de la pantalla LCD y pulse el botón "Start | Stop" (Inicio | Detener).
2. Después de que la pantalla muestre "00", el manguito se inflará automáticamente a una presión adecuada. Después de inflado, se desinflará lentamente para tomar la medición. Cuando aparece la marca de corazón "♥", está en proceso una medición. El manguito estará bastante ajustado durante un momento breve, esto es normal. Intente relajarse, absténgase de hablar y permanezca lo más inmóvil posible durante la medición.
Nota: Si el dispositivo determina que la presión de inflado inicial era insuficiente, se volverá a inflar a una presión más alta.
3. El dispositivo se desinflará por completo cuando se termina la medición. Se mostrará la presión sistólica y diastólica y la frecuencia de pulso.



Para finalizar una medición por cualquier motivo, basta con pulsar el botón "Start/Stop" para apagar la unidad y liberar la presión del manguito. Si durante una medición la energía disminuye a un nivel insuficiente, el dispositivo finalizará la medición y mostrará el símbolo de batería baja. Sustituya las pilas y repita la medición. Si el dispositivo no puede detectar el pulso, finalizará el intento de medición. Espere unos minutos, asegúrese de que el manguito esté colocado correctamente y vuelva a intentarlo. El dispositivo se apagará automáticamente 1 minuto después de terminada la medición. También puede pulsar el botón "Start | Stop" para apagar el dispositivo.

CONFIGURACIÓN DE FECHA Y HORA

El dispositivo muestra la hora y fecha en la pantalla LCD. Se pueden configurar de acuerdo con el siguiente método:

1. Asegúrese de que el equipo esté apagado, a continuación, mantenga presionado el botón "SET" (Configurar) durante 5 segundos hasta que los dígitos de la pantalla comiencen a parpadear.
2. Pulse el botón "SET" para alternar entre mes, día, hora y minuto.
3. Presione el botón "MEM" (Memoria) para avanzar la pantalla seleccionada de un dígito por vez.

CONFIGURACIÓN DE MENSAJES DE VOZ

Para el Modelo con mensajes de voz MDS4001LAT, después de que se seleccionan los ajustes de fecha y hora, el carácter "SP" parpadeará. Pulse el botón "MEM" (Memoria) para pasar de inglés, "SP 01", a español, "SP 02", o para desactivar, "SP OF".

FUNCIÓN DE MEMORIA

Entrada de memoria

Cuando se realiza una medición válida, el resultado (presión sistólica, presión diastólica, frecuencia de pulso, fecha y hora) se almacenará en la memoria automáticamente cuando se apague el dispositivo o cuando se inicie otra medición. El dispositivo puede almacenar hasta 90 lecturas para cada uno de los 2 usuarios y calcular el promedio de las últimas 3 lecturas. Cuando se almacenen más de 90 lecturas, se sustituirán las más antiguas.

Recuperación de la memoria

Al pulsar el botón "Memory", se mostrará "AVG" en la esquina inferior izquierda. "AVG" significa el promedio de todas las lecturas registradas. Presione el botón "Memory" de nuevo y aparecerá "01" en la esquina inferior

derecha, que es su última lectura en la memoria. Al pulsar "Memory" de nuevo, aparecerá "02", que es la lectura anterior. Al pulsar el botón "Memory" en varias ocasiones, los registros se visualizarán secuencialmente.

Borrar memoria

Pulse el botón "Memory" y manténgalo pulsado más de 3 segundos para borrar las lecturas de los registros seleccionados.



CÓDIGOS DE ERROR

Indicadores de error

Posibles motivos de errores

Er
U

Indicación: Inflado incompleto

Corrección: Compruebe si el manguito está conectado firmemente al dispositivo.
Si el mensaje "Er" continúa allí, solicite una reparación.

Er
H

Indicación: Manguito inflado en exceso y liberado automáticamente.

Corrección: Tómese un descanso, vuelva a colocar el manguito y repita la medición.

Er
I

Indicación: No se pudo obtener la frecuencia de pulso.

Corrección: Vuelva a colocar el manguito y repita la medición.

Er
2

Indicación: Interferencia electromagnética intensa (teléfono celular o computadora).

Corrección: Relájese, tómese un descanso y repita la medición.

Er
3

Indicación: Frecuencia de pulso o presión arterial irregulares.

Corrección: Relájese, tómese un descanso y repita la medición. Si la frecuencia de pulso o la presión arterial continúan siendo irregulares, consulte a su médico o profesional de la salud.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Método recomendado
Sin visualización	Asegúrese de que las pilas estén instaladas en la dirección correcta. (La polaridad coincide con la indicación en el compartimento de las pilas).
No se produce la medición	Compruebe que el manguito esté colocado correctamente, a continuación, repita el procedimiento de medición.
Las lecturas de la presión arterial son demasiado altas o demasiado bajas	1. Compruebe si su brazo está colocado correctamente. 2. Coloque el brazo sobre una mesa para que el manguito quede al mismo nivel que su corazón. 3. Permanezca sentado durante todo el período de medición. 4. Absténgase de mover la mano y el cuerpo durante la medición.
Las lecturas de la presión arterial son variables	Su presión arterial puede fluctuar considerablemente a lo largo del día; todos los siguientes factores pueden influir en la presión arterial: estado emocional, actividades/ejercicio diarios, tabaquismo, consumo de bebidas alcohólicas, alimentación, ingesta de determinados medicamentos.

MODO DE CALIBRACIÓN DEL SENSOR

El dispositivo de presión arterial solo debe ser calibrado por el fabricante.

Instrucción de transferencia de mmHg y kPa

Si desea cambiar las unidades de medición, apague el dispositivo y luego pulse el botón "Start/Stop" durante 10 segundos. A continuación, pulse el botón "Memory" y seleccione "mmHg" o "Kpa".

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Mantenga el dispositivo alejado de temperaturas elevadas, humedad alta y luz solar directa.
- Mantenga los objetos afilados lejos del manguito y del tubo.
- No presione el botón "Start/Stop" si no tiene el manguito puesto alrededor del brazo para evitar el exceso de acumulación de presión que pueda dañar el manguito.
- Utilice el dispositivo a una distancia suficiente de los dispositivos con campos eléctricos fuertes, como el televisor, los hornos de microondas, los equipos de rayos X, etc.
- No exponga el dispositivo a un impacto fuerte ni lo deje caer al suelo.
- No desarme ni modifique el dispositivo ni el manguito.
- Retire las pilas cuando el dispositivo se guarde durante períodos de tiempo prolongados.

Nota: Al retirar las pilas se borrarán todas las lecturas de la memoria.

Utilice solo un paño suave y seco para limpiar la unidad. No utilice solventes ni otros productos de limpieza a base de petróleo.

ESPECIFICACIONES

Modelo del fabricante:	BA-803
Números de artículos de Medline:	MDS4001, MDS4001LA, MDS4001PLUS, MDS4001LAT
Función de memoria:	Almacenamiento y recuperación de 2x90 mediciones con promedio
Pantalla:	LCD
Rango de medición:	Presión: 0-280 mmHg Pulso: 40-199/minuto
Exactitud del sensor:	Presión: ±3 mmHg Pulso: ±5 %
Sistema de inflado:	Bomba electroneumática
Rangos de tamaño del brazo:	17-42 cm (6,7-16,5 pulgadas)
Pilas:	L,5V alcalina (LR6/AA)X4
Apagado automático:	Aprox. 1 minuto después de la medición
Método de referencia para ensayos clínicos:	Medición de auscultación
Peso:	Aproximadamente 420 g (sin pilas)
Condición operativa:	5 °C-40 °C (41 °F-104 °F) 10 %-90 % HR
Condiciones de almacenamiento y transporte:	-20 °C-65 °C (-4 °F-149 °F) 10 %-95 % HR
Norma citada:	EN 1060-1 EN 60601-1-2 EN 1060-3 EN 14971 EN 60601-1

REGISTRO DE LA PRESIÓN ARTERIAL

Fecha		1/1	1/1	1/1						
Hora		7:00	13:30	20:00						
mmHg	240									
	220									
	200									
	180									
	160									
	140									
		128	134							
	120			123						
	100									
	80	84	90							
				76						
	60									
Pulso		70	73	69						
Estado físico										

www.medline.com ©2015 Medline Industries, Inc.
Fabricado en China para Medline Industries, Inc.,
Mundelein, IL 60060 EE. UU. **1-800-MEDLINE** RJ15CN1