Spécifications du produit

Produit	30110.264
Description du produit	Acide perchlorique 0,1 mol/l (0,1 N) en solution dans acide acétique anhydre
Grade / qualité	AVS TITRINORM Reagent Ph.Eur. chapter 4.2.2, USP, NF

Information additionnelle

Analyses	Spécifications
Titre(20°C;valeur vraie 0,3% exactitude)	0.0997 - 0.1003 Mol/l
Eau	0.02 - 0.50 %
Traçable selon NIST	Confirmé
Conforme à Réact. Ph.Eur.	Conforme
Conforme à Réact. USP-NF	Conforme

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

Isabelle Habay, Head of Laboratory - Briare
VWR International S.A.S.; Z.I. de Vaugereau; FR-45250 Briare; France

Information additionnelle

Le titre est un facteur de correction permettant de tenir compte des variations de la solution volumétrique, de l'équipement de titrage, de la température et des autres conditions de laboratoire. Pour obtenir des résultats de titrage corrects, il est recommandé de déterminer le titre avec l'équipement et les conditions spécifiques du laboratoire, immédiatement après l'ouverture d'un nouveau flacon et à intervalles réguliers.

La valeur garantie est rattachée à un matériau de référence primaire (SRM) de chez National Institute of Standards and Technology (NIST).

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.