# Spécifications du produit

| | |
|---|---|
| Produit | 102926D |
| Description du produit | Eau |
| Grade / qualité | AnalaR NORMAPUR ISO 3696:1995, grade 3 |
| Numéro CAS | 7732-18-5 |
| Formule moléculaire | $H_2O$ |
| Masse moléculaire | 18.02 |

| Analyses | Spécifications |
|---|---|
| Substances réduisant $KMnO_4$ | Conforme |
| Conductivité (à conditionnement) | ≤ 1 µS/cm |
| pH (25°C) | 5.0 - 7.5 |
| Résidu à l'évaporation | ≤ 1 ppm |
| Résidu de calcination | ≤ 1 ppm |
| Silicium dioxyde | ≤ 0.1 ppm |
| Cl (Chlorure) | ≤ 0.05 ppm |
| F (Fluorure) | ≤ 0.05 ppm |
| $NH_4$ (Ammonium) | ≤ 0.2 ppm |
| $NO_3$ (Nitrate) | ≤ 0.01 ppm |
| $PO_4$ (Phosphate) | ≤ 0.01 ppm |
| $SO_4$ (Sulfate) | ≤ 0.1 ppm |
| Ag (Argent) | ≤ 0.0004 ppm |
| Al (Aluminium) | ≤ 0.002 ppm |
| As (Arsenic) | ≤ 0.002 ppm |
| Au (Or) | ≤ 0.001 ppm |
| B (Bore) | ≤ 0.05 ppm |
| Ba (Baryum) | ≤ 0.001 ppm |
| Be (Béryllium) | ≤ 0.002 ppm |
| Bi (Bismuth) | ≤ 0.001 ppm |
| Ca (Calcium) | ≤ 0.05 ppm |
| Cd (Cadmium) | ≤ 0.001 ppm |
| Co (Cobalt) | ≤ 0.001 ppm |
| Cr (Chrome) | ≤ 0.0004 ppm |
| Cu (Cuivre) | ≤ 0.0004 ppm |
| Fe (Fer) | ≤ 0.001 ppm |
| Ga (Gallium) | ≤ 0.004 ppm |
| Ge (Germanium) | ≤ 0.001 ppm |

>>> Voir page 2 >>>

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.

# Spécifications du produit

| Analyses | Spécifications |
|---|---|
| In (Indium) | ≤ 0.001 ppm |
| K (Potassium) | ≤ 0.05 ppm |
| Li (Lithium) | ≤ 0.002 ppm |
| Mg (Magnésium) | ≤ 0.005 ppm |
| Mn (Manganèse) | ≤ 0.0004 ppm |
| Mo (Molybdène) | ≤ 0.002 ppm |
| Na (Sodium) | ≤ 0.1 ppm |
| Ni (Nickel) | ≤ 0.0004 ppm |
| Pb (Plomb) | ≤ 0.001 ppm |
| Pd (Palladium) | ≤ 0.008 ppm |
| Pt (Platine) | ≤ 0.001 ppm |
| Sb (Antimoine) | ≤ 0.001 ppm |
| Sn (Etain) | ≤ 0.001 ppm |
| Sr (Strontium) | ≤ 0.0004 ppm |
| Ti (Titane) | ≤ 0.001 ppm |
| Tl (Thallium) | ≤ 0.00005 ppm |
| V (Vanadium) | ≤ 0.001 ppm |
| Zn (Zinc) | ≤ 0.004 ppm |
| Zr (Zirconium) | ≤ 0.001 ppm |
| COT (au conditionnement) | ≤ 400 ppb |
| ISO Standard 3696:1995 Eau Classe 3 | Conforme |

## Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

Isabelle Habay, Head of Laboratory - Briare
VWR International S.A.S.; Z.I. de Vaugereau; FR-45250 Briare; France