# Spécifications du produit

| | |
|---|---|
| Produit | 32037.297 |
| Description du produit | Solution tampon pH 9 exempte de borate |
| Grade / qualité | AVS TITRINORM (Reagent traceable to SRM from NIST) |

Information additionnelle

| Analyses | Spécifications |
|---|---|
| pH (20°C) (tolérance ± 0,02) | 8.98 - 9.02 |
| Traçable selon NIST | Confirmé |

## Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

Jessie Pijck, Head of Laboratory - Haasrode
VWR International bv; Geldenaaksebaan 464; BE-3001 Leuven; Belgium

## Information additionnelle

Le pH de cette solution tampon est traçable aux Matériaux de Référence Standard (SRM) primaires du National Institute of Standards and Technology (NIST) : SRM 186 I + II et SRM 191 I + II.

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.