


<http://www.steris-ast.com>

Certificate of Irradiation

Date Issued: 11-Jan-2021

UK32S12524098-1-1

This is to certify that Bradford Synergy Health PLC, a STERIS Company has where appropriate delivered an irradiation process in accordance with the current certified standards:

EN ISO 11137-1 Sterilisation of Health Care Products
EN ISO 13485 Quality System - Medical Devices

Sampling Systems Ltd
4 & 5 Forge Mills Park
Station Road
Coleshill
Warwickshire B46 1JH
UNITED KINGDOM

Order Information

Account Number:	100494
Synergy Health Sales Part Reference:	1120714
Customer Reference Number:	72351
Product Description:	Family 2
Validation Reference:	1.0270
Quantity Received:	13
Customer Minimum Specification kGy:	25.0
Customer Maximum Specification kGy:	45.0
Customer Unit Lot/Batch Number:	FRI 08 JAN 2021
Other Process Details:	BATCH 069685 3 PLTS 71 BOXES BATCH 070696 1 PLT 42 BOXES BATCH 071384 4 PLTS 91 BOXES BATCH 071850 2 PLTS 100 BOXES BATCH 071883 1 MIXED PLT 25 BOXES BATCH 070708 1 MIXED PLT 118 BOXES BATCH 070745 1 MIXED PLT 80 BOXES BATCH 070746 1 MIXED PLT 80 BOXES BATCH 072130 1 MIXED PLT 24 BOXES BATCH 070696 1 MIXED PLT 22 BOXES

Irradiation Data

Date and Time of Irradiation:	09-JAN-2021 17:09
Calculated Minimum Dose kGy:	28.3
Calculated Maximum Dose kGy:	39.6

Processing Site: Roysdale Way, Euroway Trading Estate, Bradford, BD4 6SE Phone No: +44 (0) 1274 686011

Registered Office: Ground Floor Stella, Windmill Hill Business Park, Whitehill Way, Swindon, Wiltshire SN5 6NX, UNITED KINGDOM
Company Registered in England and Wales No: 01771333 VAT Number: GB 813038069



<http://www.steris-ast.com>

Certificate of Irradiation

Date Issued: 11-Jan-2021

UK32S12524098-1-1

This is to certify that Bradford Synergy Health PLC, a STERIS Company has where appropriate delivered an irradiation process in accordance with the current certified standards:

EN ISO 11137-1 Sterilisation of Health Care Products
EN ISO 13485 Quality System - Medical Devices

Sampling Systems Ltd
4 & 5 Forge Mills Park
Station Road
Coleshill
Warwickshire B46 1JH
UNITED KINGDOM

Irradiation Release Authorised By Synergy Health Sterilisation UK, a STERIS Company

Processing Site: Roysdale Way, Euroway Trading Estate, Bradford, BD4 6SE Phone No: +44 (0) 1274 686011

Registered Office: Ground Floor Stella, Windmill Hill Business Park, Whitehill Way, Swindon, Wiltshire SN5 6NX, UNITED KINGDOM
Company Registered in England and Wales No: 01771333 VAT Number: GB 813038069

Certificate of Conformity

Konformitätsbescheinigung
Certificat de Conformité
Certificato di conformità
Certificado de conformidad
Certificado de Conformidade



Page 1 of 2

Part Number	8088A – 03S
Description	SteriWare® Sample Spoons
Batch Number	070745
Date of Manufacture	01 December 2020
Expiry Date	01 December 2025
Material	Polystyrene (PS)
Certificate Issued	08 December 2020

English

- We confirm that the goods are manufactured with Polystyrene that conforms to
 - FDA CFR 177.1640
 - EU regulations 10/2011
 - EC regulations 1935/2004
- The Polystyrene resin used in the manufacture of the above products is BSE/TSE free. During manufacture this item does not come into contact with any products or processes that may pose a BSE/TSE risk.
- These goods are moulded and packed in a class 100,000 cleanroom. They are individually packed.
- This product is designed for single use only. It must not be used multiple times.
- The information detailed above has been given to us by our suppliers, it is passed on in good faith and is to the best of our knowledge correct.

Deutsch

- Wir bestätigen, dass die Artikel aus PS (Polystyrol), das FDA CFR 177.1640 entspricht, hergestellt sind..
- Das PS (Polystyrol) Harz, das für die Herstellung obenstehender Produkte verwendet wurde, ist BSE/TSE-frei. Bei der Herstellung gelangt dieser Artikel nicht mit irgendwelchen Produkten oder Prozessen, die eine BSE/TSE-Gefahr darstellen, in Kontakt.
- Diese Artikel wurden in einem Reinraum der Klasse 100.000 geformt und verpackt. Die Artikel sind einzeln verpackt..
- Dieser Artikel darf nur einmal verwendet werden. Er darf nicht mehrmals benutzt werden.
- Die obenstehenden Informationen wurden uns von unseren Zulieferern mitgeteilt und werden in Treu und Glauben nach unserem jüngsten Wissensstand weitergeleitet.

Français

- Nous certifions que les articles sont fabriqués à partir de Polystyrène conforme à la norme FDA CFR 177.1640.
- La résine (PS) utilisée dans la fabrication des articles ci-dessus ne contient aucune trace de BSE ni d'EST. Lors de la fabrication, cette matière n'entre pas en contact avec des produits ou des procédés qui peuvent présenter un risque d'ESB / EST.
- Ces produits sont moulés et emballés dans une salle blanche de classe 100.000. Ils sont emballés individuellement.
- Ce produit est conçu pour un usage unique. Il ne doit pas être utilisé plusieurs fois.
- Les informations mentionnées ci-dessus ont été données par nos fournisseurs, elles sont transmises en bonne foi et, au meilleur de notre connaissance, sont exactes.

Italiano

- Si conferma che la merce è prodotta in Polistirene certificata da FDA CFR 177.1640
- La Polistirene resina utilizzata nella produzione dei prodotti è certificata BSE/TSE free. Durante la produzione l'articolo non è entrato in contatto con nessun prodotto o processo che possa causare un rischio BSE/TSE
- Questa merce è stata prodotta e imballata in camera bianca classe 100,000. E' stata confezionata singolarmente.



Sampling Systems Ltd.

4-5 Forge Mills Park, Coleshill, Warwickshire. B46 1JH. UK.

Tel: +44(0)1675 466992 Email: info@sampling.com Web: www.sampling.com

Certificate of Conformity

Konformitätsbescheinigung
Certificat de Conformité
Certificato di conformità
Certificado de conformidad
Certificado de Conformidade



Page 2 of 2

- Il prodotto è stato concepito solo per un singolo utilizzo. Non può essere utilizzato più di una volta.
- Le informazioni sopra ci sono state fornite da i nostri fornitori, vengono trasmesse in buona fede e in base alle nostre conoscenze.

Español

- Confirmamos que las mercancías están fabricadas con poliestireno que se ajusta a la FDA CFR 177.1640
- La resina poliestireno utilizada en la fabricación de los productos anteriores está libre de BSE/TSE. Durante su fabricación, este elemento no entra en contacto con ninguno de los productos o procesos que puedan presentar un riesgo de BSE/TSE.
- Estas mercancías se moldean y envasan en una sala limpia de clase 100.000. Además se envasan individualmente.
- Este producto está diseñado para un solo uso. No debe utilizarse varias veces.
- La información detallada más arriba nos ha sido facilitada por nuestros proveedores, la transmitimos de buena fe y la consideramos correcta a nuestro mejor saber y entender.

Português

- Confirmamos que os produtos são fabricados a partir de poliestireno que está em conformidade com FDA CFR 177.1640
- A poliestireno resina usada na fabricação dos produtos acima é BSE / TSE livre. Durante a fabricação deste item não entra em contacto com quaisquer produtos ou processos que podem representar um risco de BSE / TSE.
- Estes bens são moldados e embalados em uma sala limpa classe 100.000. Eles são embalados individualmente.
- Este produto é projetado para uma única utilização. Não deve ser usado várias vezes.
- A informação acima foi fornecida a nós pelos nossos fornecedores, a informação transmitida é boa fé e é o melhor do nosso correcto conhecimento.

For and on behalf of Sampling Systems Ltd.

Für und im Namen von Sampling Systems Ltd.
Pour et au nom de Sampling Systems Ltd.
Da e per conto di Sampling Systems Ltd.
En nombre y por cuenta de Sampling Systems Ltd.
Por e em nome de Sampling Systems Ltd.

Kuldeep Flora
Quality Manager