Anleitung EASY CHECK FOM330

- Gerät einschalten
- EASY CHECK starten:
  - FOM330-4: Durch Drücken und Halten der unteren Taste in das User-Menu wechseln, danach durch Drücken der linken Taste und anschließend Drücken der unteren Taste in das Untermenu „EasyCheck“ (ECH) wechseln (Abb.1)
  - FOM330-1: Durch Drücken und Halten (mind. 2 s) der linken und rechten Taste in das Untermenu „EasyCheck“ (ECH) wechseln (Abb.1)
- Das Gerät wie in Abb. 2 in die Referenzölflasche halten. Wenn das Gerät einen stabilen Messwert hat, erscheint im Display „OK“ (Abb. 3), in diesem Fall ist der Geräteschnelltest erfolgreich. Andernfalls erscheint im Display „NOK“ (Abb. 4) und das Gerät muss dem ebro-Service zugeführt werden
- Die Temperatur des Referenzöls muss größer 18°C sein, andernfalls erscheint eine Fehlermeldung (Abb. 5)











Sicherheitshinweise

- Nicht zum Verzehr geeignet
- Haltbarkeit beachten
- Lagerungshinweise auf der Flasche beachten
- Nach Gebrauch den Sensor gründlich reinigen, siehe Gerätehandbuch

Instruction EASY CHECK FOM330

- Switch on device
- Start EASY CHECK:
  - FOM330-4: press and hold lower button to enter the user menu, press left button, afterwards press lower button to enter the menu Easy Check (ECH) (fig. 1)
  - FOM330-1: press and hold (at least 2 s) left and right button to enter the menu Easy Check (ECH) (fig. 1)
- Immerse the probe in the reference oil (fig. 2). The measurement is finished, when the device shows „OK“ (fig. 3), in this case the EASY CHECK was successful. Otherwise the device shows „NOK“ (fig. 4) so the device has to be send to service.
- The temperature of the reference oil has to be more than 18°C, **otherwise an error occurs (fig. 5)**











Safety instructions

- Do not eat
- Use reference oil not longer than life period
- Storage: see label on bottle
- Clean sensor after usage carefully, see device manual