



Certificate of Conformity

VWR Pipette Tip, Universal

VWR International certifies that the specified products meet all VWR specifications and quality criteria for release. The products comply in every respect with the relevant particular specifications, drawings, relevant standards and regulations in force.

VWR International certifie que les produits mentionnés respectent toutes les spécifications et critères de qualité VWR. Les produits satisfont aux spécifications particulières, aux plans, aux normes et règlements en vigueur s'y rapportant.

VWR International bestätigt hiermit, daß die angegebenen Produkte alle VWR Spezifikationen und Qualitätskriterien zur Freigabe erfüllen. Die Produkte entsprechen in jeder Hinsicht den maßgeblichen Spezifikationen, den Zeichnungen sowie den relevanten Normen und gültigen Vorschriften.

VWR Catalog No: 612-5755

Lot No: 0000001011

Capacity: 2 - 200 µl

Colour: Yellow

Length: 50mm

Other Characteristics: Non-sterile

Autoclavable at 121° C with a holding time of at least 15 mins, acc. DIN EN 285

We certify that our pipette tips are manufactured out of high-quality, pure polypropylene without any mould release agents or other additives, particularly di-(2-hydroxyethyl) methyldecylammonium (DiHEMA) and 9-octadecenamide (oleamide). The tips are produced under controlled room conditions and are packaged automatically.

Yellow pipette tips are made of the same high-quality, pure polypropylene as the transparent pipette tips. For coloured pipette tips there is merely added a yellow colour batch to the Polypropylene. This batch does not affect pipetted media.

This document has been produced electronically and is valid without a signature

Date of issue: **February 2021**