Spécifications du produit

Produit	30483.295
Description du produit	Ammonium-cérium (IV) nitrate 0,1 mol/l (0,1 N) en solution aqueuse
Grade / qualité	AVS TITRINORM

Information additionnelle

Analyses	Spécifications
Titre(20°C;valeur vraie 0,3% exactitude)	0.0997 - 0.1003 Mol/l
Traçable selon NIST	Confirmé

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

Jessie Pijck, Head of Laboratory - Haasrode
VWR International bv; Geldenaaksebaan 464; BE-3001 Leuven; Belgium

Information additionnelle

Le titre est un facteur de correction permettant de tenir compte des variations de la solution volumétrique, de l'équipement de titrage, de la température et des autres conditions de laboratoire. Pour obtenir des résultats de titrage corrects, il est recommandé de déterminer le titre avec l'équipement et les conditions spécifiques du laboratoire, immédiatement après l'ouverture d'un nouveau flacon et à intervalles réguliers.

La valeur garantie est rattachée à un matériau de référence primaire (SRM) de chez National Institute of Standards and Technology (NIST).

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.