1460 LES BARREAUX 1530 LA MOULINE

COUZE
LA SERVILLE

Votre partenaire pour l'avenir

ISO 9001 : 2000
N° FR-10/07-0032

PAPIERS FILTRES PRAT DUMAS

FICHE TECHNIQUE

ANALYSE QUALITATIVE
REF. 107

Poids / *Weight*----------74 g/m² ± 4

Epaisseur / *Thickness*----------190 µm ± 20

Rétention micrométrique / *Micrometric retention*----------4 à 7 µ

Porosité à l'air 20cm/s / *Porosity in the air 20cm/s*---410 mm ± 20 H2O

Filtration Y (pour 100ml d'eau) / *Filtration Y (for 100mm of water)*---14 s ± 3

Résistance humide / *Wet resistance*----------> 0,40 kg/cm

Teneur en cendre après calcination / *% Ash*----------< 0,16 %

Spécifications / *Specifications* :

Garantie contact alimentaire. *Guaranteed food contact.*
Equivalence Whatman 93.
Velin pour analyses qualitatives. Utilisé pour une filtration générale de laboratoire dans les universités, les écoles, les centres hospitaliers, les laboratoires de recherche, alimentaires et pharmaceutiques... Filtration courante. Disponible en disque à plat ou plissé.
Velin for qualitative analyses. Used for a general filtration of laboratory in universities, schools, hospital complexes, research laboratories, food and pharmaceutical... Common Filtration. Available in disk flat or folded.

L'information fournie dans ce document ne doit pas être interprétée comme une garantie. Tous les utilisateurs sont responsables pour s'assurer qu'il convient à leurs besoins, environnement et utilisation finale.
The information supplied in this document must not be interpreted as a guarantee. All the users are responsible to make sure that it is advisable for their needs, environment and end use.

Edition novembre 2009