Spécifications du produit

Produit	20066.558
Description du produit	Acétone
Grade / qualité	AnalaR NORMAPUR Reag. Ph.Eur., Reag. USP, ACS
Numéro CAS	67-64-1
Formule moléculaire	CH_3COCH_3
Masse moléculaire	58.08

Analyses	Spécifications
Titre (sur substance anhydre)	≥ 99.8 %
Aspect de la solution	Conforme Ph.Eur.
Solution aqueuse	Conforme
Identification B	Conforme Ph.Eur.
Identification C	Conforme Ph.Eur.
Insolubilité dans l'eau	Conforme
Spectre IR	Conforme
Substances apparentées	Conforme Ph.Eur.
Acidité	≤ 0.0003 meq/g
Alcalinité	≤ 0.0003 meq/g
Point d'ébullition	55.3 - 56.9 °C
Coloration	≤ 10 APHA
Densité (20/4)	0.790 - 0.792
Densité (20/20)	0.790 - 0.793
Aldéhydes (en HCHO)	≤ 10 ppm
Ethanol	≤ 100 ppm
Résidu à l'évaporation	≤ 5 ppm
Méthanol	≤ 0.05 %
Propanol-2	≤ 100 ppm
Substances réduisant $KMnO_4$ (en O)	≤ 2 ppm
Eau	≤ 0.2 %
PO_4 (Phosphate)	≤ 100 ppb
Al (Aluminium)	≤ 0.1 ppm
B (Bore)	≤ 0.02 ppm
Ba (Baryum)	≤ 0.05 ppm
Ca (Calcium)	≤ 0.5 ppm
Cd (Cadmium)	≤ 0.01 ppm
Co (Cobalt)	≤ 0.01 ppm

>>> Voir page 2 >>>

For Professional use in Laboratory or Manufacturing. Not for use as an Active Pharmaceutical Ingredient or Food or Animal Feed. Suitability and intended use of the product remains the responsibility of the user.

VWR International LLC, Radnor Corporate Center, Building One, Suite 200, 100 Matsonford Road, Radnor, PA 19087, USA
VWR International bv, Haasrode Research Park Zone 2020, Geldenaaksebaan 464, 3001 Leuven, Belgium

Spécifications du produit

Analyses	Spécifications
Cr (Chrome)	≤ 0.02 ppm
Cu (Cuivre)	≤ 0.01 ppm
Fe (Fer)	≤ 0.05 ppm
K (Potassium)	≤ 0.1 ppm
Mg (Magnésium)	≤ 0.05 ppm
Mn (Manganèse)	≤ 0.01 ppm
Na (Sodium)	≤ 0.5 ppm
Ni (Nickel)	≤ 0.01 ppm
Pb (Plomb)	≤ 0.01 ppm
Sn (Etain)	≤ 0.1 ppm
Sr (Strontium)	≤ 0.02 ppm
Zn (Zinc)	≤ 0.01 ppm
Conforme à ACS	Conforme
Conforme à Réact. Ph.Eur.	Conforme
Conforme à Réact. USP	Conforme

Signature

Nous certifions que ce lot est conforme aux spécifications listées ci-dessus.

Ce document a été produit électroniquement et est validé sans signature.

Isabelle Habay, Head of Laboratory - Briare
VWR International S.A.S.; Z.I. de Vaugereau; FR-45250 Briare; France